

Technická specifikace antigenních testů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka antigenních testů ve dvou variantách, které musí splňovat níže uvedenou technickou specifikaci:

VARIANTA A: 6.000 kusů

VARIANTA B: 12.000 kusů

VARIANTA C: 24.000 kusů

parametry antigenních testů k zjištění přítomnosti nákazy COVID-19	požadováno
Výjimka pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4, odst. 8 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb.	ANO
Certifikace CE	ANO
Přehled testů k diagnostice onemocnění covid-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)	ANO
Test určen k samotestování dle seznamu SÚKL	ANO
Prováděný výtěrem z přední části nosu	ANO
Výsledek testu do 15 minut	ANO
Balení	po 10, 20, 25 kusech